



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60111.0081.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Sufity podwieszane i panele ściennie Hygiene: Clinic A/E, Meditec A/E, Protec A/Ds/Air A, Performance A/B/Ds/Plus A/Baffle/Wall/Care Wall, Advance A/Baffle/Wall**

Zawierający / containing: rdzeń z włókna szklanego, powłokę z żywicy syntetycznej, klej na bazie poli(octanu winylu), wodną farbę akrylową

Przeznaczony do / destined: obiektów użyteczności publicznej, w tym ochrony zdrowia (wraz z pomieszczeniami o podwyższonych wymaganiach higienicznych jak sale operacyjne), laboratoria, zakłady przemysłu czystego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być montowany. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019 wraz ze zmianami). Pomieszczenia czyste po zastosowaniu wyrobu powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów prawnych. W przypadku stosowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych wyrób powinien być chroniony przed uderzeniami i ścieraniem oraz czyszczony środkami przeznaczonymi do pomieszczeń czystych. W przypadku uszkodzenia (np. w czasie montażu, czyszczenia oraz eksploatacji) warstwy chroniącej przed emisją włókien do powietrza, uszkodzone elementy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone lub wymienione. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500
265 03 Hyllinge, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.04.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.04.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 kwietnia 2025

The date of issue of the certificate: 10th April 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczotko
dr n. med. Maciej Szczotko